


| FO708.7 INFORME DE ENSAYO HPA [Benzo(a)pireno] | | |
|---|--|---------------|
|  | Ayuntamiento de Valladolid Servicio de Medio Ambiente RCCAVAL | |
| | Revisión: 01 | Página 1 de 2 |
| INFORME DE ENSAYO HPA [Benzo(a)pireno] | Número | 49-19 |

| | | |
|--|--|--|
| Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid Laboratorio de Ensayos Paseo del Hospital Militar 11 bis (Casa del Barco) 47007 Valladolid | | Tif 983426222 fax 983426210 |
|--|--|--|

| | | | |
|-------------------------|--|------------------------|-------------------|
| Estación: | Laboratorio RCCAVA | Equipo: | CAV-001 |
| Arco Ladrillo II | | Número de Serie | A-010/0849 |
| Cliente: | Población y Administraciones pertinentes | | |
| Instrumental: | Cromatógrafo de gases con inyector en columna Agilent modelo 78902A y detector selectivo de masas 5975C | | |
| Instrumental: | Robot Gilson para la extracción en fase sólida (SPE) | | |
| Instrumental: | Balanza Mettler XP 205DR | | |
| | Fecha inicio del ensayo | 23/03/2020 | |
| | Fecha Fin del ensayo | 21/04/2020 | |

| Material a ensayar | Ensayo | Procedimiento de ensayo: |
|---------------------------|---|---------------------------------|
| Aire ambiente | Determinación del contenido de benzo(a)pireno dentro de la fracción PM10 en aire ambiente. | PNT 702.7 |

| RESUMEN DEL MÉTODO |
|--|
| Método de medida de Benzo(a)pireno (BaP) como parte de las partículas PM10, extracción de muestra y análisis por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (CG/EM) |

| Técnico de Laboratorio |
|-------------------------------|
| Natalia García García |
| FIRMADO DIGITALMENTE |
| Director General |
| Onofre Carlos González Marcos |
| FIRMADO DIGITALMENTE |

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

| | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------------|
| Firmado por: | ONOFRE CARLOS GONZALEZ MARCOS | NATALIA GARCÍA GARCÍA |
| Fecha Firma: | 06/05/2020 12:10 | 04/05/2020 10:00 |

Fecha Copia: 07/05/2020 12:44

Código seguro de verificación(CSV): a8b459af22d0b44dda20889715aa1cbf04c0d3a9
 Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

FO708.7 INFORME DE ENSAYO HPA [Benzo(a)pireno]



Ayuntamiento de Valladolid
Servicio de Medio Ambiente
RCCAVAL

Revisión: 01

Página 2 de 2

INFORME DE ENSAYO HPA [Benzo(a)pireno]

Número

49-19

Resultados referidos a 273 °K y 101,3 kPa

| CÓDIGO DE MUESTRA | FECHA | ng/m ³ |
|-------------------|------------|-------------------|
| 021219 | 02/12/2019 | 0,07 |
| 041219 | 04/12/2019 | 0,33 |
| 051219 | 05/12/2019 | 0,29 |
| 061219 | 06/12/2019 | 0,49 |
| 071219 | 07/12/2019 | 0,17 |
| 081219 | 08/12/2019 | 0,05 |

Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación del laboratorio que lo emite. Los resultados sólo aplican al objeto de ensayo identificado en la página 1 de 2.

N.D. No Detecta

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:

ONOFRE CARLOS
GONZALEZ MARCOS

Fecha Firma: 06/05/2020 12:10

NATALIA

GARCÍA GARCÍA

Fecha Firma: 04/05/2020 10:00

Fecha Copia: 07/05/2020 12:44

Código seguro de verificación(CSV): a8b459af22d0b44dda20889715aa1cbf04c0d3a9

Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>